


受付番号 22-RA-0139
受付年月日 2022年04月22日
報告年月日 2022年04月27日

株式会社ポテトかいつか 様

一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番4号



ご依頼の試料について測定した結果を下記の通り報告いたします。

試験検査成績書

試料名	さつまいも ベニアズマ 鉾田市大竹 9
採取日時	2022年04月21日 12:00
採取場所	かすみがうら市男神240-18 株式会社ポテトかいつか サツマイモ倉庫
採取者	品質保証(貴方)
測定日(基準日)	2022年04月22日
測定装置	SEIKO EG&G社製 SEG-EMS/DS-PA211061 (AMETEK社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM40P4-76)
測定条件	試料量 : 1.154 kg 測定時間 : 900 秒
測定方法	・平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 「食品中の放射性物質の試験法」に準じる。

測定項目	測定結果	検出限界値
放射性ヨウ素-131	不検出	10 Bq/kg
放射性セシウム-134	不検出	10 Bq/kg
放射性セシウム-137	不検出	10 Bq/kg
放射性セシウム-134と137の合計	不検出	—
備考	・「不検出」とは、放射性物質が検出限界値未満であることを表す。 ・検出限界値とは、測定装置が検出可能な最低の放射能のことを表す。ただし、検出限界値の記載は食安発0315第4号/第5号 別添「食品中の放射性セシウム検査法 2.3 検査結果の取扱い」に従う。	
試験検査責任者	技術部 森山 庸一	

HBC0056326-001

※ 本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

Receipt number : 22-RA-0139
Reception date : April 22 2022
Reporting date : April 27 2022

POTATO KAITSUKA CO.,LTD.

We report the measured result about the requested sample as follows.

ANALYSIS CERTIFICATE


Specimen	Sweet potato
Name of specimen	Sweet potato BENIAZUMA
Sampling date	April 21 2022, 12:00 a.m. JST
Sampling point	240-18 Ogami,Kasumigaura-shi, Ibaraki, Japan
Sample collector	Quality assurance of POTATO KAITSUKA CO.,LTD. (other party)
Inspection date (Reference date)	April 22 2022
Measurement instrument	SEG-EMS/DS-PA211061 made by SEIKO EG&G (Germanium semiconductor detector GEM40P4-76 made by AMETEK)
Measurement condition	Sample amount : 1.154 kg Measurement time : 900 seconds
Inspection method	Gamma-ray spectrometry using germanium semiconductor detector
Appendix	Production area : Otake, Hokota-shi, Ibaraki, Japan

Items	Units	Results	Detectable limit
Iodine-131	Bq/kg	Not detected	10
Cesium-134	Bq/kg	Not detected	10
Cesium-137	Bq/kg	Not detected	10
Sum of Cesium-134 and Cesium-137	Bq/kg	Not detected	-

- This space intentionally left blank. -

Inspector in charge	Technical Manager : <i>Yuuichi Moriyama</i>
---------------------	---------------------------------------------


Authorized by The Ministry of Health,Labour and Welfare
Ibaraki Pharmaceutical Association Inspection Center



受付番号 22-RA-0140
受付年月日 2022年04月22日
報告年月日 2022年04月27日

株式会社ポテトかいつか 様

一般財団法人 茨城県薬剤師会
茨城県水戸市笠原町978番4号



ご依頼の試料について測定した結果を下記の通り報告いたします。

試験検査成績書

試料名	さつまいも 紅天使 銚田市青柳 80
採取日時	2022年04月21日 12:00
採取場所	かすみがうら市男神240-18 株式会社ポテトかいつか サツマイモ倉庫
採取者	品質保証(貴方)
測定日(基準日)	2022年04月25日
測定装置	SEIKO EG&G社製 SEG-EMS/DS-PA211061 (AMETEK社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM40P4-76)
測定条件	試料量 : 1.159 kg 測定時間 : 900 秒
測定方法	・平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 「食品中の放射性物質の試験法」に準じる。

測定項目	測定結果	検出限界値
放射性ヨウ素-131	不検出	10 Bq/kg
放射性セシウム-134	不検出	10 Bq/kg
放射性セシウム-137	不検出	10 Bq/kg
放射性セシウム-134と137の合計	不検出	—
備考	・「不検出」とは、放射性物質が検出限界値未満であることを表す。 ・検出限界値とは、測定装置が検出可能な最低の放射能のことを表す。ただし、検出限界値の記載は食安発0315第4号/第5号 別添「食品中の放射性セシウム検査法 2.3 検査結果の取扱い」に従う。	
試験検査責任者	技術部 森山 庸一	

HBC0056326-002

※ 本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

Receipt number : 22-RA-0140

Reception date : April 22 2022

Reporting date : April 27 2022

POTATO KAITSUKA CO.,LTD.

We report the measured result about the requested sample as follows.

ANALYSIS CERTIFICATE

Specimen	Sweet potato
Name of specimen	Sweet potato BENITENSHI
Sampling date	April 21 2022, 12:00 a.m. JST
Sampling point	240-18 Ogami,Kasumigaura-shi, Ibaraki, Japan
Sample collector	Quality assurance of POTATO KAITSUKA CO.,LTD. (other party)
Inspection date (Reference date)	April 25 2022
Measurement instrument	SEG-EMS/DS-PA211061 made by SEIKO EG&G (Germanium semiconductor detector GEM40P4-76 made by AMETEK)
Measurement condition	Sample amount : 1.159 kg Measurement time : 900 seconds
Inspection method	Gamma-ray spectrometry using germanium semiconductor detector
Appendix	Production area : Aoyagi, Hokota-shi, Ibaraki, Japan

Items	Units	Results	Detectable limit
Iodine-131	Bq/kg	Not detected	10
Cesium-134	Bq/kg	Not detected	10
Cesium-137	Bq/kg	Not detected	10
Sum of Cesium-134 and Cesium-137	Bq/kg	Not detected	-

- This space intentionally left blank. -

Inspector in charge	Technical Manager : <i>Yuuichi Moriyama</i>
---------------------	---------------------------------------------

Authorized by The Ministry of Health,Labour and Welfare
Ibaraki Pharmaceutical Association Inspection Center

